



РОССТАНДАРТ
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Свердловской области»
(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2А
тел. (343) 350-25-83, факс (343) 350-40-81,
www.uraltest.ru uraltest@uraltest.ru

Аттестат аккредитации на право поверки средств измерений № RA.RU.311249 выдан 12 августа 2015 г.
ФБУ «УРАЛТЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (ISO/IEC 17025:2005)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 810755

Действительно до « 10 » августа 2017 г.

Средство измерений Весы автомобильные неавтоматического действия типа МВСК-УВ 80,
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
рег. № 54476-13

(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков - их перечень и заводские номера)

087990557

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) B15A008

поверено от 1000 кг до 80000 кг;

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия Часть 1.

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

Метрологические и технические требования. Испытания." Приложение Н

с применением эталонов Государственный рабочий эталон единицы массы 4 разряда

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии)

номинального значения (1500 кг) (75 шт. по 20 кг) РЕГ № 3.1.ZCE.0383.2013; Государственный

разряд класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

рабочий эталон единицы массы 4 разряда номинального значения (10 т) (20 шт. по 500 кг)

РЕГ № 3.1.ZCE.0054.2012; Государственный рабочий эталон единицы массы 4 разряда

номинального значения (10 т) (20 шт. по 500 кг) РЕГ № 3.1.ZCE.0312.2013

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающей среды 24 °С;

перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 48 %

нормированных в документе на методику поверки с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и
пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений.

Знак поверки



Начальник отдела

Поверитель

« 11 » августа 2016 г.

(подпись)

(подпись)



В.А. Зотин

(инициалы, фамилия)

Л.А. Старостина

(инициалы, фамилия)

Протокол поверки № 810755 от 11.08.2016

Принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦБЕТОН", ИНН 6671003508
Метрологические характеристики

КТ средний

НПВ = 80 т

НмПВ = 1 т

d = e = 50 кг

Погрешность весов находится в пределах допуска:

от 1 т до 25 т вкл. ± 50 кг

св.25 т до 80 т вкл. ± 100 кг

Начальник отдела

Поверитель

« 11 » августа 2016 г.

(подпись)

В.А. Зотин

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Л.А. Старостина

(инициалы, фамилия)

А 182075